

ประกาศโรงพยาบาลป่าบอน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเคราะห์สารชีวเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลป่าบอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเคราะห์สารชีวเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซึ่งในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

น้ำยาตรวจเคราะห์สารชีวเคมี	จำนวน	ครั้ง
(๔๒.๒๗.๑๕.๐๕)		

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลป่าบอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ԵՐԱՎԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ

ՀԱՂԵՍԹԵՏԳՈՅՔԻ ԽԸՆԿՐԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

នៅលើបានដោយចិត្តរបស់ និងកិច្ចណ៍ដែលមាននូវបេទ

(କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ)

—

ବେଳାତ୍ମକ ପରିବାହନ ଓ ଉଦ୍‌ଯୋଗୀ W.M.C. ଏବଂ ଶାଖାକୁ

www.gprocurement.gov.th นี้เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ໝາຍພົມເຈົ້າສະແດງໃຫຍ່ໄປທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນຂອງລົງທະບຽນ ພົມເຈົ້າສະແດງໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນຈາກລົງທະບຽນ ທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນຂອງລົງທະບຽນ

မြန်မာနိုင်ငြပ်မှုပေးသွေးချုပ်မှုများ၏ အကြောင်းအရာများ



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาร์บีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อน้ำยาตรวจสอบความชื้น
ตามประกาศ โรงพยาบาลป่าบอน
ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๗

โรงพยาบาลป่าบอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยาร์บีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

น้ำยาตรวจสอบความชื้น	จำนวน	ครั้ง
(๑๒.๒๗.๑๕.๐๔)		

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยาร์บีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคากองที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ပြောမ ၆ မှုပေါ်များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အချိန်များများအတွက်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အချိန်များများ

Format

ମୁହଁରେ କାହିଁଏବେଳେ ନାହିଁ ।

ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅԹԱԳՐԻ ՏԵՂՄԱՆ (3.2)

၁၇၉၂ခုနှင့်၁၇၉၃ခု

ଦେଖିବା

ବେଳୁପାତ୍ରିକାରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ԵԹԱԲՆԻՐԵՎԱԾՈՒՅՑՆԱԽԱՅՄ (ԽԵՍ) ԲՆՇԱԽԵՏԵԽԵՑՔԻ ԽԱՍՖՀՈՒՐԵՑԻՆՆԵՐԸ ԱՅՍԻԿ ԱՊԱՀՈՎՈՂՈՎՈՎԱՆ
ԱՌԵԼԱԽԵՑՈՒՅՑՆԱԽԱՅՄ (Ա)

အမေမကြံးကြော်လောင်ရွှေမြန်မာ။ (၆)

ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟାନତା ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପରିଦର୍ଶିକା ପାଇଁ

၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ကျင့်မြန်မာရေးဝန်ကြီးမှူး အောင် ဒေါက် မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ်လုပ်မှု ပေါ်လဲသော အမြတ်ဆင့် ပေါ်လဲသော အမြတ်ဆင့်

Digitized by srujanika@gmail.com

የክርስቲያናዊያንና የክርስቲያናዊያንና ማዕድል በኋላ እንደሆነ ተመዝግበ ይችላል

ԱՇԽԵՐԻ ԿԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

የኋናዎች ማስረጃዎች እና ማማሪዎች በተጨማሪ ቀን

ԹՀ ԱՐ ԽՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆ

ဒေသကြောင်းဆိပ်အတွက် မြန်မာရှိသူများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းများ ပေါ်လဲလေ့ရှိခဲ့သည်။

អ្នកដែលរាយការណ៍នឹងបានចូលរួមជាមុនក្នុងក្រសួងពីរដែលបានបញ្ជាក់ថា

ถ้าใน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลป่าบ่อน ๙๖ ม.๗ ต.วังใหม่ อ.ป่าบ่อน จ.พัทลุง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ น้ำยา ตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายไดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดส่วนสหที่ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการมีดังต่อไปนี้

(๑) **ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการมีดังต่อไปนี้**

(๒) **ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด**

(๓) **เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการมีดังต่อไปนี้**

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ ในการตัดสินการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กีดี

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำไรของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดโดยต่อไปในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมั่นจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมแก้ไขให้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลป่าบอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟାକ୍ ପରିଚୟ । ୩୩

၁၂

ՅԱՐԱՆՆԵՐԸ ՄԱՍԻՆ ՄԱԿՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԽԱՐԱՀԱՅԻ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹ

၂၁၀မြန်မာစာတော်ဖွံ့ဖြိုးနည်းလမ်း

၁၀၆ပဒ္ဒန်၏၂၆၈၁ခုနှစ်မောက်၏၂၇၅၁ခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

የኢትዮጵያ ማኅበር መሠረት

የኅጂዬ ተስፋይ ስራውን አገልግሎት የሚያስፈልግ ይችላል

የኢትዮጵያውያንድናመሬኑና (የሸጪ) በዚህበትናይነት የሚከተሉት ስልጣን እንደሆነ ተስፋል ተደርጓል፡፡

豫-03

၂၀၁၃ ခုနှစ်မြတ်လမ်းကြော်များ

ກອງທີ່ອະນຸມັດ

የወጪ ተስፋይ እና ስራውን ተስፋይ ነው በዚህ በቃል ተስፋይ እና ስራውን ተስፋይ ነው በዚህ በቃል

မြန်မာစွမ်းဘဏ်များအတွက် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏ အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့်

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧିତ ପାତ୍ନୀ

ՀԱՅՏԻՆ ԱՅՍՏԱՎԵՐ ՄԱԿԱՐ ԱՅՍՏԱՎԵՐ ԱՅՍՏԱՎԵՐ ԱՅՍՏԱՎԵՐ ԱՅՍՏԱՎԵՐ ԱՅՍՏԱՎԵՐ

የገዢሬንድሮን የፈዢቅ ብሔራዊነትና ስርዓት አበባውያን

နေပါဒ်တွင်မြန်မာစိန္တရာဝယ်များအတွက်ဖော်လုပ်ချက်များ၊ မြန်မာစိန္တရာဝယ်များအတွက်ဖော်လုပ်ချက်များ၊

ԹԵՂՄԸՆԿԱԾԸՆՎՐԸՆԵՐ
ԴԱՎՎԵԼՎԵՏՎՈՒՄԸՐ ԽԵՌՎԱՆՎԱՐՄԵՑՅԵԼՎԱՐՄԵՐ
ԹՐԱՎՖՐԵՆՎԱՐՄ ԸՆՎՈՒՆԵՑՅԵԼՎԱՐՄԻՐՄ
(ՀԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՄՄԵՐԻ)



የደንብ የደንብ ተስፋዣ ስርዓት አይነ

ՅԵԽԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ՎԵՐԱԿՐԵՑ ԱՇԽԱՏԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

នៃសាលាសាស្ត្រក្នុងបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំរដ្ឋបាលមកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

ՖՀՀ ԱՇԽԱՋԱՎԱՐՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿՐՈՅԱ

ԱՐԵՎԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՂ ԱՌԱՋԱԿԱՆ

ԱՐԵՎԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՂ ԱՌԱՋԱԿԱՆ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี
โรงพยาบาลป่าบอน

๑. ความต้องการ ราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี สำหรับใช้ประกอบเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

ลำดับที่	รายการ	ราคาร่วมกัน ต่อ test (บาท)
๑	Glucose	๔.๐๐
๒	BUN	๑๐.๐๐
๓	Creatinine	๑๕.๐๐
๔	Uric acid	๑๐.๐๐
๕	Cholesterol	๑๐.๐๐
๖	Triglyceride	๑๐.๐๐
๗	HDL(Direct)	๓๕.๐๐
๘	Total Protein	๑๐.๐๐
๙	Albumin	๑๐.๐๐
๑๐	Total Bilirubin	๑๐.๐๐
๑๑	Direct Bilirubin	๑๐.๐๐
๑๒	AST	๑๕.๐๐
๑๓	ALT	๑๕.๐๐
๑๔	ALP	๑๕.๐๐
๑๕	LDL	๓๓.๕๐

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เป็นน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โดยน้ำยาตรวจวิเคราะห์และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๒ น้ำยา และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FDA หรือ CE มีเอกสารรับรอง

๒.๓ บริษัทที่เสนอต้องเป็นบริษัทนำเข้าน้ำยา และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทนำเข้า

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค และคุณสมบัติเฉพาะน้ำยา

๓.๑ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Glucose

- น้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Glucose ใน Serum และ Plasma
- ใช้หลักการ Enzymatic Hexokinase หรือ Glucose oxidase
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๐.๓ – ๒๕ mmol/L (โดยไม่เจือจางสิ่งสกปรก)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

ลงชื่อ.....*ก.* ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ

* (นายกิตติชัย อัครพัฒนาวงศ์)

(นางสุธิกานต์ สวัสดีรักษา)

ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ
 (นายมตถลุคธี รุบามา)

๓.๒ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Total Cholesterol

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Total Cholesterol ใน Serum และ Plasma
- ใช้หลักการ Enzymatic colorimetric หรือ Cholesteroloxydase
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๓.๘๕ - ๗๖๙.๒๓ mg/dL (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๓.๓ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Triglyceride

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Triglyceride ใน Serum และ Plasma
- ใช้หลักการ Enzymatic colorimetric หรือ Glycerol phosphate Oxidase
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๐.๑ - ๑๖.๕ mmol/L (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๓.๔ น้ำยาตรวจหาปริมาณ HDL-Cholesterol

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ HDL-Cholesterol ใน Serum
- ใช้ Enzymatic colorimetric หรือ Direct HDLPEG-modified cholesterol Esterase หรือ Direct clearance method
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ มี Linearity Range ๐.๐๕ - ๖ mmol/L (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๓.๕ น้ำยาตรวจหาปริมาณ LDL-Cholesterol


- น้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ LDL-Cholesterol ใน Serum และ Plasma
- ใช้ Direct method
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ มี Linearity Range ๐.๐๕ - ๒๐ mmol/L (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)


๓.๖ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Blood Urea nitrogen

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Urea ใน Serum, Plasma และ Urine
- ใช้หลักการ Kinetic colorimetric หรือ Enzymatic Urease
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๑ - ๔๐ mmol/L (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๓.๗ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Creatinine

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Creatinine ใน Serum ,Plasma และ Urine
- ใช้หลักการ Enzymatic colorimetric
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๐.๑๑ - ๗๘.๓๐ mg/dL (โดยไม่เจือจางสีสังเคราะห์)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกิตติชัย อัครพัฒนาวงศ์) (นางสุธีกานต์ สวัสดีรักษาก)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายมัตคุณ รูบามา)

๓.๑๔ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Total Bilirubin

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Total Bilirubin ใน Serum และ Plasma
- ใช้หลักการ Colorimetric, Diazo dye หรือ DPD หรือ Diazotizedsulfanilicacid หรือ oxidation to biliverdin หรือ Modification of the diazo method
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๑.๗ - ๖๐๐ μmol/L (โดยไม่เจือจางสีส่งตรวจ)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๓.๑๕ น้ำยาตรวจหาปริมาณ Direct Bilirubin

- เป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณ Direct Bilirubin ใน Serum และ Plasma
- ใช้หลักการ Diazotizedsulfanilicacid หรือ oxidation to biliverdin หรือ End-pointcolorimetric (Dual-wavelength) Modification of the diazo method
- น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์มี Linearity Range ๑ - ๒๖๐ μmol/L (โดยไม่เจ้อจางสีส่งตรวจ)
- น้ำยาเป็นชนิดพร้อมใช้งานได้ทันที (Ready to use)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ

- ๔.๑ เครื่องตรวจวิเคราะห์มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ การทดสอบ/ชั่วโมง
- ๔.๒ เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ปฎิกิริยาได้ทั้ง Endpoint, Fixed Time และ Kinetic
- ๔.๓ เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ด้วยหลักการ Colorimetry, Turbidity, ISE method
- ๔.๔ เครื่องตรวจวิเคราะห์ รองรับการทำงานแบบ Random Access และสามารถใส่สีส่งตรวจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสีส่งตรวจแบบ STAT ได้
- ๔.๕ เครื่องมีภาคบรรจุสีส่งตรวจ สามารถบรรจุตัวอย่างตรวจได้อย่างน้อย๗๕ ตัวอย่างตรวจ
- ๔.๖ มีระบบการอ่าน Sample barcode และสามารถตรวจวัดโดยใช้ Primary tube และ Sample cup (Microtube)
- ๔.๗ เครื่องมี Probeดูดสีส่งตรวจ สามารถดูดสีส่งตรวจได้ตั้งแต่ ๒ - ๔๕ μl เพื่อได้ครึ่งละ ๐.๑ μl
- ๔.๘ มีระบบตรวจสอบ Level detection, Horizontal /Vertical collision protection, Obstruct Detection
- ๔.๙ มีระบบล้าง Probe อัตโนมัติ ทั้งภายในและภายนอก
- ๔.๑๐ สามารถกำหนดให้เครื่องทำการเจือจางสีส่งตรวจได้โดยอัตโนมัติ
- ๔.๑๑ สามารถบรรจุน้ำยาตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อย ๖๐ ตำแหน่ง และมีระบบควบคุมความเย็นภายในตัวเครื่อง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
- ๔.๑๒ มี Reagent Barcode ระบุชนิดของน้ำยา และ หมายเลข Lot การผลิตโดยรองรับขวดน้ำยา
- ๔.๑๓ เครื่องมี Reagent Probe ดูดน้ำยาจำนวน ๓ Probe สามารถดูดสีส่งตรวจได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๕๐ μl
- ๔.๑๔ ภายในมี Cuvette ชนิด Semi-Permanent Plastic Cuvette จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๗ ตำแหน่ง และ มีระบบทำอุณหภูมิ $37 \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- ๔.๑๕ เครื่องมีระบบล้างทำความสะอาด Cuvette แบบอัตโนมัติ โดยมีชุด Probe จำนวน ๘ ตำแหน่งในการล้างทำความสะอาดและทำให้แห้ง
- ๔.๑๖ เครื่องสามารถรองรับการเชื่อมต่อ กับระบบ Laboratory Information System
- ๔.๑๗ สามารถเรียกคุณลักษณะ QC ได้ด้วย Westgard Multi-Rule และ Twin Plot

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกิตติชัย อัครพัฒนาวงศ์) (นางสุธิกานต์ สวัสดีรักษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายมัตฤคณ์ รูบามา)

๕. เนื่องไข่เฉพาะ

๕.๑ ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด น้ำเหลือง ปัสสาวะและสารน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ได้มา ก่อนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่นำมาติดตั้งให้กับโรงพยาบาลปabenon ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ CE Mark

๕.๓ ผู้ขายต้องทำการจ่ายเชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ เข้ากับระบบ LIS ซึ่งโปรแกรม Link ที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ รวมถึงจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Hardware ชุดคอมพิวเตอร์ค่าเชื่อมต่อ gateway กับระบบ HIS ให้กับบริษัทฯ ที่ติดตั้งโปรแกรม LIS อยู่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาล

๕.๔ การซ่อมและการบำรุงรักษา อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทผู้แทนจำหน่าย

๕.๕ มีคู่มือประกอบการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อย่างน้อย ๑ ชุด

๕.๖ ผู้ขายต้องจัดหาโปรแกรมการควบคุมคุณภาพภายนอกสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (External Quality Control for Clinical Chemistry) ให้กับโรงพยาบาลโดยไม่มีคิดมูลค่า ปีละ ๑ โปรแกรม

๕.๗ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ และชุดน้ำยาตรวจให้กับผู้ใช้งาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถบริการให้คำปรึกษารณีปัญหาได้ ตลอด ๒๕ ชั่วโมง

๕.๘ กรณีเครื่องมีปัญหา ช่างด้วยมารช่อมภายใน ๒๕ ชั่วโมง ถ้าไม่สามารถช่อมให้สามารถใช้งานตามปกติได้ภายใน๑๕ วัน จะต้องจัดหาเครื่องอื่นมาให้ใช้ทดแทนจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ

๕.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและประเมินผลการใช้งานจากหน่วยงานที่จัดชี้

๕.๑๐ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิต

๖. เนื่องไข่การส่งมอบ

๖.๑. กรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีให้กับโรงพยาบาลปabenon น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ ผู้ขายต้องส่งมอบน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีทดแทนตามจำนวนที่โรงพยาบาลปabenon ไม่สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ได้ ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับเอกสารแจ้งจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา

๖.๒. หากพบว่า�้ำยาที่ส่งมอบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือมีผลกระแทกต่อผลการตรวจของผู้ป่วย โรงพยาบาลปabenonขอสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันสัญญา

๗. เนื่องไข่อื่นๆ

๗.๑. โรงพยาบาลจะทำสัญญาจดซื้อแบบราคากองที่ไม่จำกัดปริมาณ

๗.๒. ผู้ขายจะต้องเสนอราคาที่รวมภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว


๗.๓. ผู้ขายต้องจัดหาคู่มือเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลงชื่อ.....*ล.* ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ
(นายกิตติชัย อัครพัฒนาวงศ์) (นางสุธีกานต์ สวัสดีรักษ์)

ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ
(นายมัตฤคพี รูบามา)

๙. รายการค่า laboratory test

ลำดับที่	รายการ	ราคารวมภาษี ต่อ test (บาท)
๑	Glucose	๔.๐๐
๒	BUN	๑๐.๐๐
๓	Creatinine	๑๕.๐๐
๔	Uric acid	๑๐.๐๐
๕	Cholesterol	๑๐.๐๐
๖	Triglyceride	๑๐.๐๐
๗	HDL(Direct)	๓๕.๐๐
๘	Total Protein	๑๐.๐๐
๙	Albumin	๑๐.๐๐
๑๐	Total Bilirubin	๑๐.๐๐
๑๑	Direct Bilirubin	๑๐.๐๐
๑๒	AST	๑๕.๐๐
๑๓	ALT	๑๕.๐๐
๑๔	ALP	๑๕.๐๐
๑๕	LDL	๓๓.๕๐

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกิตติชัย อัครพัฒนาวงศ์) (นางสุธีกานต์ สวัสดิรักษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายมตัญญู รูบามา)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลป่าบ่อน

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป้าบอน โรงพยาบาลป้าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลป่าบ่อน

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ

วัน/เดือน/ปี : ๕ กันยายน ๒๕๖๒

หัวข้อ : เพย์แพรร่างประกาศประการตราค่า ร่างเอกสารประการตราค่า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พร้อมรายการ ของน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เผยแพร่ร่างประกาศประกรดราคาก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมราคากลาง ของน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ

Link ภายนอก : <http://www.pbhc.moph.go.th/>

หมายเหตุ :

.....

¹ See, for example, the discussion of the "right to privacy" in the U.S. Supreme Court's decision in *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นางสาวปานิสรา แก้วบัว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 5 ก.ย. 2562

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุพัตรา รักเกตุ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๖ ก.ย. ๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

(..... ፳፻፲፭ ፻፲፭) (..... ፳፻፲፭ ፻፲፭)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยครุภัณฑ์

วันที่ ๕ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒